


シルエットインダクター装着図

耳掛型補聴器の場合



シルエットインダクター



耳掛型補聴器

スイッチを

「T」 or 「MT」
に切り替える



受信機にシルエットインダクターを接続します